

# Типовая программа производственного контроля

Примерный план производственного контроля за соблюдением санитарных правил при проведении дезинфекционных и стерилизационных мероприятий

| Объект контроля   | Предмет контроля   | Ответственный               | Исполнитель  | Периодичность                             |
|---|--|-----------------------------|--|---|
| 1   | 2  | 3                           | 4  | 5   |
| Поверхности помещений, медицинской мебели, аппаратуры (в т.ч. аппаратов ИВЛ, наркозно-дыхательной аппаратуры, гемодиализа, искусственного кровообращения, дозирующей аппаратуры, куветов) | Соблюдение периодичности профилактической дезинфекции (текущих и генеральных уборок) | Старшая медсестра отделения | Средний и младший медицинский персонал отделений   | Ежемесячно еженедельно (выборочно)        |
|   | Эффективность профилактической дезинфекции   | Старшая медсестра отделения | Лаборатория МО (при наличии условий), организации, аккредитованные в "Системе аккредитации лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания" (по договору) | 2 раза в год (выбор помещений по графику) |
|   | Эффективность очаговой и заключительной  | Старшая медсестра отделения | Лаборатория МО (при наличии)   | При каждом случае инфекционного           |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| й дезинфекции   |  | условий),<br>организации,<br>аккредитован<br>ные в<br>"Системе<br>аккредитации<br>лабораторий,<br>осуществляю<br>щих<br>санитарно-<br>эпидемиологи<br>ческие<br>исследования,<br>испытания"<br>(по договору) | заболевания и<br>по эпид.<br>показаниям |
| (Строка в редакции, введенной в действие с 4 июля 2016 года постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2016 года № 76. - См. предыдущую редакцию) |  |  |   |

|                  |   |                   |  |              |
|------------------|---|-------------------|--|--------------|
| Воздух помещений | Эффективность профилактической дезинфекции (бактериальная обсемененность воздуха, КОЕ, золотистый стафилококк) в операционных, родильных залах, процедурных, перевязочных, хирургических кабинетах (в т.ч. стоматологических, урологических, гинекологических, эндоскопических, процедурных), отделениях переливания крови, | Старшая медсестра | Лаборатория МО (при наличии условий), лаборатория, аккредитованная в "Системе аккредитации лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания" (по договору) | 2 раза в год |
|------------------|---|-------------------|--|--------------|

|  |  |  |  |              |
|--|--|--|--|--------------|
|  | гемодиализа  |  |  |              |
| <p>(Строка в редакции, введенной в действие с 4 июля 2016 года постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2016 года № 76.<br/>- См. предыдущую редакцию)</p> |  |  |  |              |
| Системы кондиционирования и увлажнения воздуха, горячего и холодного водоснабжения, бассейнов (водолечебниц)   | Проверка грамотной в техническом и гигиеническом отношении эксплуатации объектов на территории МО, соблюдения соответствующих инструкций, режимов и требований нормативно-технической документации | Заместитель главного врача по эпидемиологической работе (врач-эпидемиолог) | Инженерно-техническая служба МО  | 2 раза в год |
| <p>(Строка в редакции, введенной в действие с 4 июля 2016 года постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2016 года № 76.<br/>- См. предыдущую редакцию)</p> |  |  |  |              |
| Установка для обеззараживания воздуха  | Укомплектованность МО необходимым количеством установок с учетом категорий помещений и минимальной длительности эффективного облучения согласно нормативным документам                             | Заместитель главного врача по эпидемиологической работе (врач-эпидемиолог) | Заместители главного врача по родовспоможению, хирургии, инфекционной службе и др. (или зав. соответствующими отделениями) | Ежегодно     |

1

|   |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
|   | Обеспечение соблюдения требований эксплуатационной документации к установкам                                      | Ответственное лицо                             | Средний медицинский персонал отделений              | Ежегодно  |
|   | Проведение замеров концентрации озона в воздухе обрабатываемых помещений при применении соответствующих установок | Инженер по охране труда и технике безопасности | Аккредитованные в установленном порядке организации | В случае обнаружения характерного запаха озона  |
|   | Своевременная замена ультрафиолетовых ламп  | Ответственное лицо                             | Инженерно-техническая служба МО                     | По показаниям наработки ламп в часах электрическим и счетчиками либо по падению бактерицидного потока лампы ниже номинального в результате замеров радиометрами |
| 1 | Ведение журнала регистрации и контроля  | Старшая сестра                                 | Ответственное лицо                                  | Постоянно   |

|  |   |  |  |                               |
|--|---|--|--|-------------------------------|
|  | установок для обеззараживания воздуха   |  |  |                               |
| 1  | Определение степени снижения микробной обсемененности воздуха после обеззараживания   | Заместитель главного врача по эпидемиологической работе (врач-эпидемиолог) | Лаборатория МО (при наличии условий), лаборатория, аккредитованная в "Системе аккредитации лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания" (по договору) | 1 раз в год                   |
| Химические средства для дезинфекции/стерилизации | Наличие регистрационных удостоверений, сертификатов соответствия на применяемые дезинфицирующие средства и инструкций по их использованию | Лицо, ответственное за хранение дезинфицирующих средств                    | Лицо, ответственное за хранение дезинфицирующих средств  | При поступлении каждой партии |
|  | Наличие неснижаемого месячного запаса дезсредств  | Главная медсестра  | Старшая медсестра отделения  | Ежемесячно                    |
|  | Определение   | Старшая  | Средний  | Еженедельно                   |

|  |  |   |   |  |
|--|--|---|---|--|
|  | концентрации рабочих растворов дезинфицирующих, стерилизующих средств с использованием химических индикаторов                            | медсестра отделения                                     | медицинский персонал, работающий с дезинфицирующими средствами  | (не менее одной пробы каждого вида)  |
|  | Лабораторный контроль (физико-химический и аналитический) ДВ   | Лицо, ответственное за хранение дезинфицирующих средств | Лицо, ответственное за хранение дезинфицирующих средств, и аналитическая лаборатория, аккредитованная органом по аккредитации аналитических лабораторий в системе аккредитации аналитических лабораторий (СААЛ) (по договору) | На этапе приемки каждой партии (при наличии средств количественного контроля содержания действующего вещества), при неудовлетворительных результатах химического контроля концентрации рабочих растворов |
|  | Соблюдение условий хранения средства и его рабочих растворов, соблюдение значений параметров режимов применения (заданных концентрации и | Старшая медсестра отделения                             | Средний медицинский персонал отделений  | Ежедневно при каждой обработке (дезинфекции, стерилизации)   |

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  | температуры рабочего раствора, времени выдержки)                             |   |  |  |
| 1  | Установки для получения растворов дезинфицирующих средств                    | Зав. ЦС или ответственное лицо в случае отсутствия ЦС в структуре МО                                  | Персонал, работающий с установкой  | В соответствии с инструкцией по эксплуатации |
| ИМН, эндоскопы, предметы ухода за больными   | Качество предстерилизационной очистки/окончательной очистки (для эндоскопов) | Зав., старшие сестры ЦС, зав., старшие сестры отделений (при децентрализованной системе стерилизации) | Средний медперсонал ЦС, средний медперсонал отделений (при децентрализованной системе стерилизации)  | Каждая партия обработанных изделий           |
| ИМН, эндоскопы, шланги аппаратов ИВЛ, наркозно-дыхательной аппаратуры, гемодиализа, приспособления к кувезам, предметы ухода за больными | Эффективность дезинфекции, дезинфекции высокого уровня эндоскопов            | Заместитель главного врача по эпидемиологической работе (врач-эпидемиолог)                            | Лаборатория МО (при наличии условий), лаборатория, аккредитованная в "Системе аккредитации лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания" | 2 раза в год                                 |

|   |  |   |   |              |
|---|--|---|---|--------------|
|   |  |   | (по договору)   |              |
| 1   |  |   |   |              |
| ИМН, эндоскопы, перевязочные материалы, лекарственные формы для внутривенного, внутрисосудистого введения | Контроль стерильности                            | Зав. ЦСО, ответственное лицо по отделению при децентрализованной системе стерилизации | Лаборатория МО (при наличии условий), лаборатория, аккредитованная в "Системе аккредитации лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания" (по договору)                        | 2 раза в год |
| 1   |  |   |   |              |
| Оборудование для дезинфекции и предстерилизационной очистки   | Оценка эффективности моюще-дезинфицирующих машин | Зав. ЦС, ответственное лицо по отделению при децентрализованной системе стерилизации  | Визуальный контроль - ответственное лицо в ЦС, по отделению; бактериологический контроль - лаборатория МО (при наличии условий), лаборатория, аккредитованная в "Системе аккредитации лабораторий, осуществляющих | Ежемесячно   |



|                               |   |  |   |  |
|-------------------------------|---|--|---|--|
| 1                             |   |  | санитарно-эпидемиологические исследования, испытания" (по договору), организация по техническому обслуживанию (по договору)     |  |
|                               | Наличие разрешительной документации: регистрационного удостоверения, сертификата соответствия, руководства по эксплуатации с указанием режимов дезинфекции, технического паспорта | Зав. ЦС, ответственное лицо по отделению (при децентрализованной системе стерилизации) | Зав. ЦС, ответственное лицо по отделению (при децентрализованной системе стерилизации)  | Ежегодно   |
| Оборудование для стерилизации | Контроль работы   | Зав. ЦС, ответственное лицо по отделению (при децентрализованной системе стерилизации) | Операторы стерилизаторов ЦС, ответственное лицо по отделению (при децентрализованной системе стерилизации), лаборатория МО (при | Контроль герметичности камер паровых стерилизаторов, контроль температурного режима с помощью максимальных термометров, проверка плотности удаления воздуха из |

|                               |  |   |   |   |
|-------------------------------|--|---|---|---|
|                               |  |   | <p>наличии условий), лаборатория, аккредитованная в "Системе аккредитации лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания" (по договору), организация по техническому обслуживанию (по договору)</p> | <p>стерилизуемых изделий, контроль эффективности сушки текстильных материалов, визуальный контроль с помощью физико-химических методов - при каждом цикле, бактериологический - 2 раза в год, технический - при неисправности</p> |
| 1                             |  |   |   |   |
|                               | <p>Наличие разрешительной документации: регистрационного удостоверения, сертификата соответствия, руководства по эксплуатации с указанием режимов дезинфекции, технического паспорта</p> | <p>Зав. ЦС, ответственное лицо по отделению (при децентрализованной системе стерилизации)</p> | <p>Зав. ЦС, ответственное лицо по отделению (при децентрализованной системе стерилизации)</p>   | <p>Ежегодно</p>   |
| <p>Дезинфекционные камеры</p> | <p>Контроль работы</p>   | <p>Зав. прачечно-дезинфекционным блоком</p>   | <p>Оператор дезинфекционной камеры, лаборатория</p>   | <p>Визуальный контроль с помощью физико-</p>  |

|   |   |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
| 1 |   | МО                                      | МО (при наличии условий), лаборатория, аккредитованная в "Системе аккредитации лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания" (по договору), организации по техническому обслуживанию (по договору) | химических методов - при каждом цикле, бактериологический - ежеквартально, технический - при неисправности |
| 1 | Наличие разрешительной документации: регистрационного удостоверения, сертификата соответствия, руководства по эксплуатации с указанием режимов дезинфекции, технического паспорта | Зав. прачечно-дезинфекционным блоком МО | Зав. прачечно-дезинфекционным блоком МО, любого другого учреждения, аккредитованного на данные работы (по договору)  | Ежегодно   |

|  |   |  |   |   |
|--|---|--|---|---|
| Утилизация отходов                       | Сбор и утилизация, соблюдение условий эксплуатации установок по обеззараживанию отходов (при их наличии в МО) | Ответственное лицо по МО за утилизацию отходов               | Ответственное лицо, назначенное заведующим отделением                               | Ежедневно   |
| 1  |   |  |   |   |
|  | Вывоз медицинских отходов с территории МО   | Зам. главного врача по хозяйственной части или начальник АХЧ | Организация, аккредитованная в установленном порядке на данные работы (по договору) | Ежедневно - отходы класса А, Б, В (при отсутствии на территории МО установки по обезвреживанию отходов) |
| 1  |   |  |   |   |
| Качество проведения работ по дератизации | Обследование объекта на наличие грызунов  | Зам. главного врача по хозяйственной части или начальник АХЧ | Организация, аккредитованная в установленном порядке на данные работы (по договору) | 1 раз в месяц   |
| Качество проведения работ по дезинсекции | Обследование объекта на наличие членистоногих, имеющих санитарно-гигиеническое значение                       | Зам. главного врача по хозяйственной части или начальник АХЧ | Организация, аккредитованная в установленном порядке на данные работы (по договору) | 2 раза в месяц  |